調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
アマチャー試験器		HAV－C１１００１６	
		作成	平成２７年　６月　４日
		変更	平成　　年　　月　　日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のアマチャー試験器について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

アマチャー

発電機等の回転電機子をいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品(国産)共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

6.1　附属品　附属品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品とする。

6.2　納入書類　納入書類は，**表**１による。

表１－納入書類

番号	名称	部数	納入先
1	取扱説明書（和文）[a]	1[b]	陸上自衛隊補給統制本部長（航空部長気付）
		1	現品に添付
2	品質（校正）証明書[c]	1	現品に添付
注 [a] 取扱説明書の規格は社内様式とし，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 7.1 a)，7.2 a）及び 7.3 a）を含むものとする。 [b] 取扱説明書の陸上自衛隊補給統制本部長（航空部長気付）への提出部数は，調達数量にかかわらず１部とする。 [c] 公的機関（他国を含む。）が品質（校正）に関して証明した製品であること。			

6.3　仕様書に関する疑義　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＦ０００３	作成部隊等名	補　給　統　制　本　部
調達要求年月日	平成２７年　６月１１日	変更年月日	平成　　年　　月　　日
仕様書番号	ＨＡＶ－Ｃ１１００１６		

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名 a)
アマチャー試験器	株式会社　キスコ　ＤＸＲ６ＫＶ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。
注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　コイル抵抗測定機能，インパルス試験機能及びＤＣ耐圧試験機能を保有するものとする。

b)　コイル抵抗測定範囲は０．００２　Ω～０．２　ＭΩとする。

c)　インパルス試験及びＤＣ耐圧試験の供給電圧は１　Ｖ～６　ＫＶとする。

d)　電源は，ＡＣ１００　Ｖ～２４０　Ｖ，５０／６０　Ｈｚとする。